



Adaptateur d'essai d'ajustement

🔗 Départ usine sous

L'Adaptateur d'essai d'ajustement Cleanspace permet de réaliser des essais d'ajustement quantitatif (Portacount de TSI) sur le masque complet (réf. MR0018.01) et le demi-masque (réf. MR0017.01) Cleanspace. Il se positionne à l'avant du masque ou demi-masque et à la place des clapets. Le test d'ajustement quantitatif mesurera le taux d'infiltration du masque ventilé et ainsi, son facteur de protection réel dans des conditions de travail avec différents polluants. Pour réaliser ce test, cet accessoire pour masque ventilé doit être associé à un appareil de fit test Portacount.

Caractéristiques techniques : Adaptateur d'essai d'ajustement

Modèle	MR0033.01	MR0033.02
Type accessoire	Adaptateur masque	Adaptateur masque
Type	Masque complet	Demi-masque
Poids (kg)	0.08	0.07

Photos complémentaires : Adaptateur d'essai d'ajustement

